

单一来源采购专业人员签到表

序号	专家姓名	工作单位	职称	联系电话	身份证号码
1	张佩英	河南牧业经济学院	副教授	15936220686	410105196612272850
2	华妮宇	郑大二附院	副高	15857170098	410103196710233772
3	杨萍	郑州大学附属郑州中心医院	主任医师	1352362731	410105196211021620

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：郑州市妇幼保健院 2025 年磁共振维修项目	
	项目金额：588000.00 元	
	拟单一来源采购的供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员信息	姓名： 华振宇	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 郑大二附院	
专业人员论证意见	压缩机作为磁共振设备的主要部件，其性能、参数、稳定性对磁共振的稳定、正常运行起着关键作用。同时，该部件的维修、调试须与主机同步进行。同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	华振宇	日期 2025 年 11 月 13 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：郑州市妇幼保健院 2025 年磁共振维修项目	
	项目金额：588000.00 元	
	拟单一来源采购的供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员信息	姓名：杨萍	
	职称：主任医师	
	工作单位：郑州大学附属肿瘤医院	
专业人员论证意见	采购人核磁共振设备为西门子品牌，设备出现严重故障，压缩机已损坏，压缩机作为磁共振设备的核心部件，只有原厂同型号压缩机才能匹配使用，才能保证设备的安全、高效正常运行。原厂完成除冰及液氮注入才能保证设备稳定及安全，此采购符合单一来源采购"的相关法律法规要求，同意采用"单一来源采购"。	
专业人员签字	杨萍	日期 2025 年 11 月 13 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：郑州市妇幼保健院 2025 年磁共振维修项目	
	项目金额：588000.00 元	
	拟单一来源采购的供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员信息	姓名：张佩英	
	职称：副教授	
	工作单位：河南农业经济学院	
专业人员论证意见	郑州市妇幼保健院2025年磁共振维修需由设备厂家专业磁体工程师携带专业除冰设备、励磁设备等专业工具进行维修，且压缩机是超导磁体的核心部件，需原厂同一型号的压缩机，具有唯一性，符合政府采购法单一来源采购的条件，可以采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	张佩英	日期2025年11月13日